

Приложение к Свидетельству
о регистрации в РСК
№ 001588
от «19» января 2021 г.

**ОБЛАСТЬ ПРИЗНАНИЯ
КОМПЕТЕНТНОСТИ В ЧАСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
КАЛИБРОВОЧНЫХ РАБОТ**

**Общество с ограниченной ответственностью
«СКБ Электротехнического приборостроения»
(ООО «СКБ ЭП»)**

196140, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Кокколевская
наименование и адрес юридического лица
(Пулковское), д. 1, литера А, помещение 42-Н

664033 г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 130 офис 226
место осуществления калибровочной деятельности

ДАЭ

шифр калибровочного клейма

Калибруемые средства измерений				Примечание
№ п/п	Группы (тип) средств измерений, измеряемая величина	Метрологические характеристики		
		Диапазон измерений (ед. изм.)	Погрешность; класс точности (ед. изм.)	
1	2	3	4	5
Информационные измерительные системы				
1	Приборы контроля высоковольтных выключателей ПКВ - сила постоянного электрического тока - электрическое напряжение постоянного тока - электрическое сопротивление постоянному току - интервалы времени - линейные перемещения - угловые перемещения	(1 – 42) А ([-350] – 350) В (0 – 2500) Ом (0,0004 – 8) с (1 – 900) мм (0,2 – 360)°	ПГ ± (1 – 10) % ПГ ± (0,2 · 10 ⁻³ - 25) В ПГ ± (2-58) Ом ПГ ± (0,1 – 0,9) мс ПГ ± 1 мм ПГ ± 0,56°	
2	Приборы контроля устройств РПН трансформаторов ПКР-1, ПКР-2, ПКР-2М - электрические величины	(1 – 20) В (1 – 4) А (1 – 20) Ом	ПГ ± (1 – 10) % ПГ ± (1 – 10) % ПГ ± (1 – 10) %	

1	2	3	4	5
	- интервалы времени - угловые перемещения	(0,01 – 10) с (0,2 – 360)°	ПГ ± (0,1 · 10 ⁻⁶ – 1) с ПГ ± 0,56°	
Измерение времени и частоты				
3	Пульты управления выключателями ПУВ-регулятор, ПУВ-10, ПУВ-50 - входное напряжение - интервалы времени	(40-275) В (0,1 – 100) с	ПГ ± (0,5-5) % ПГ ± (2 – 3) мс	
Измерения электротехнических и магнитных величин				
4	Омметры, омметры цифровые	0,1 мкОм – 100 МОм	ПГ ± (0,01 – 10) %	
5	Меры электрического сопротивления многозначные	[100; 200; 300] кОм	КТ 0,05	
6	Меры электрического сопротивления однозначные	0,0001 Ом	КТ 0,02	
7	Мосты постоянного тока	(10 ⁻⁴ – 1,1 · 10 ⁶) Ом	КТ 0,01 КТ 0,02 КТ 0,05 КТ 0,1 КТ 0,2 КТ 0,5 КТ 1 КТ 2	
Измерения геометрических величин				
8	Установка для линейных и угловых перемещений УЛУП-1	(1 – 1000) мм (0 – 360)°	ПГ ± 0,05 мм ПГ ± 0,1°	
Теплофизические и температурные измерения				
9	Измерители электрического сопротивления Микромилликилоомметр МИКО-2.3	1 мкОм – 300 кОм ([-20] – 120)°С	ПГ ± (0,2 – 2) % ПГ ± 1°С	

Руководитель
Исполнительного органа РСК

М.П.



Р.И. Генкина